



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001

05.10.2022 № 1852  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 28567 от 28.09.2022г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку лент регистрационных бумажных для ЭКГ путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 189-22 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	Уважаемый Заказчик! 1. По позициям 1, 2, 3, 5 и 8 вами запрашиваются рулонные виды бумаг. Рулонные бумаги выпускаются на плотности 55 г/м2 при толщине бумаги 60 мкм. Если изготовить рулонную бумагу на плотности 70 г/м2 (как требуется у вас), такой рулон не поместится к вам в приборы. Поэтому просим внести изменения и указать "толщина бумаги 60 мкм., плотность бумаги 55 г/м2".	Бумага, не соответствующая по плотности и толщине в диапазонах указанных технических характеристиках не подходит по следующим причинам: - на бумаге не пропечатывается информация (запись ЭКГ); - лентопротяжный механизм данную информацию не воспринимает и не подает для записи; - в случае, если бумага тонкая, то при записи ЭКГ в местах сложения она врется без применения усилий для отрыва, что приводит к дополнительному склеиванию частей записи, что несет под собой дополнительные трудо- / времязатраты; - также, такая бумага приводит к скорейшему износу и поломке лентопротяжного механизма.

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юриконсульт, (3952) 50-23-21



/Ж.В. Есева