



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ru
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
03.10.2022 № 1833
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 28602 от 29.09.2022г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку лент регистрационных бумажных для ЭКГ путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 189-22 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>Уважаемый Заказчик! По позиции 4 и 6, в связи с соблюдением гарантии на оборудование, вы запрашиваете бумагу производства SCHILLER (Швейцария). Дело в том, что поставкой и продажей этой бумаги в России занимается один официальный дистрибьютор. В настоящее время, ввиду введенных санкций в отношении нашей страны, данной бумаги в России у этого дистрибьютора нет и когда она появится неизвестно. Кроме того, по Указу Президента РФ, Заказчики, при проведении закупок, должны стараться по программе импортозамещения закупать товары российского производства, если это возможно. Просим вас рассмотреть возможность допуска по этим позициям бумаги российского производства, полностью совместимого аналога. Мы являемся российским производителем данной бумаги, со своей стороны гарантируем поставку качественного товара, отвечающего всем заявленным вами характеристикам, что исключает некорректную работу и порчу оборудования. В связи со сложившейся ситуацией в мире, полагаем, что лечебному учреждению важно обеспечить бесперебойную работу функциональной диагностики, а не соблюдать гарантийные обязательства, что стало просто невозможным из-за отсутствия импортного товара на российском рынке. Просим по поз. 4 и 6 добавить "или эквивалент".</p>	<p>Согласно Инструкции пользователя и технического паспорта 3-канального электрокардиографа АТ-1, производства Schiller «Компания Schiller AG гарантирует качественную печать только при использовании бумаги или бумаги аналогичного качества». Кроме этого, в соответствии с Актом технического состояния медицинского оборудования для бесперебойной работы и качества записи регистрации анализов пациентов для аппарата Schiller года выпуска с 2013 по 2017, требуется бумага (лента регистрационная в пачках) 90мм*90мм, толщиной 62 мкм, плотностью 58г/м². Бумага менее 62 мкм, плотностью 58г/м² для аппарата Schiller года выпуска с 2013 по 2017, не подходит по следующим основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none">- лентопротяжный механизм плохо протягивает регистрационную ленту;- регистрационная лента уходит в сторону и рвется;- плохой прежим термоголовки влияет на качество записи. <p>В Техническом задании (позиция 4, 6) Заказчиком указано: Регистрационная лента производства SCHILLERAG или одобренная для SCHILLERAG. На основании изложенного, если Поставщик в своей заявке предложит Ленту регистрационную (поз. 4, 6) с требуемыми Заказчиком характеристиками, но не производства SCHILLERAG, то Поставщик должен документально подтвердить, что данный товар одобрен SCHILLERAG.</p> <p>(см. Решение УФАС по Иркутской области № 038/178/21 от 02.03.2021г.)</p>

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юриконсульт, (3952) 50-23-21



/Ж.В. Есева