

Исх. № 102630-23/КС
от 04 августа 2023 г.

Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 8»
664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
44-31-30, 502-490
info@gkb8.ru

РАСЧЕТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование товара, производитель, номер регистрационного удостоверения, страна происхождения	Описание товара, функция или величина параметра	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Общая стоимость по позиции, руб.
	Аппарат для рентгенографии передвижной палатный "РЕНЕКС" по ТУ 9442-031-54839165-2005 № ФСР 2010/07385 от 01 октября 2021 года исполнение 3 ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия	Указаны в таблице 1	шт	1	9 000 000,00	9 000 000,00
	ИТОГО (цена договора):	9 000 000,00				
	В том числе НДС (если Исполнитель закупки является плательщиком НДС)	НДС не облагается согласно пп.1 п. 2 ст. 149 гл. 21 НК РФ				

Таблица 1.

Наименование характеристики	Значение характеристики	Предлагаемое значение характеристик
Код вида медицинского изделия	208940	208940
Максимальное анодное напряжение рентгеновского питающего устройства, кВ	≥ 100 и ≤ 150	125
Максимальный анодный ток рентгеновского питающего устройства, мА	≥ 80 и ≤ 500	100
Автоматизированное рабочее место врача	Да	Да
Ширина рабочего поля детектора, см	≥ 34.3 и ≤ 48	35,8
Длина рабочего поля детектора, см	≥ 35 и ≤ 48	43
Номинальный размер большого фокусного пятна, мм	≥ 1 и ≤ 2.8	1,8
Максимальное значение количества электричества рентгеновского питающего устройства, мАс	≥ 110 и ≤ 400	400
Ширина аппарата в транспортном состоянии, см	≥ 45.2 и ≤ 88	62
Максимальная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт	≥ 3.5 и ≤ 60	4,7
Управление	Ручное	Ручное
Тип рентгеновской трубки	Двухфокусная	Двухфокусная
Wi-Fi модуль для детектора	Да	Да
Дистанционное управление экспозицией	Беспроводное	Беспроводное
Преодоление порогов	Да	Да
Перемещение трубки во всех плоскостях	Да	Да
Цифровой приемник рентгеновского изображения	Да	Да
Подъемно-поворотный штатив	Да	Да

ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
Входящий № 3115-08/23
« 07 08 20 23 »

Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта интегрированное в штатив	Да	Да
Устройство для получения твердых копий медицинских изображений	Да	Да
Отсеивающий растр	Неважно	Нет
Цифровой плоскопанельный детектор для рентгенодиагностики	Да	Да
Средство измерения для контроля доз облучения пациентов с индикацией значения произведения дозы на площадь (дозиметр)	Да	Да
Программы органавтоматики	Да	Да
Поддержка формата DICOM	Да	Да
Рентгенозащитная одежда для медицинского персонала	Неважно	Нет
Индивидуальные средства защиты для пациентов	Неважно	Нет
Питание от аккумулятора	Неважно	Нет
Встроенная аккумуляторная батарея для автономной работы	Неважно	Нет
Год выпуска	Не ранее 2023 г.	2023 г.

В ответ на запрос № 1034200000723000005 от 03.08.2023 г. направляет ценовое предложение для организации закупки.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки (в том числе, основные условия договора), указанные в Запросе.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок поставки оборудования: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок действия ценового предложения: 90 календарных дней.

Генеральный директор АО «МЕДЛИГА»



/ Рябухина А.А

Дата: 04.08.2023г