



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
01.09.2023 г. № 1624-09/15
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 38629 от 29.08.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку расходных материалов для плазменного стерилизатора Пластер - 100 - Мед – Теко путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 204-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:						
1.	<p>Позиция 7 «Лоток для стерилизации 180x136x20мм. предельное отклонение размера 5 мм» - Позиция по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя, отсутствующий в свободной продаже, а допуски по размеру не позволяют предложить товар иного производителя. Обращаем ваше внимание, что в ТЗ Вами установлены размеры с допуском ±5мм. Такой допуск - фикция. Товар распространяется только производителем и его дилерами, что создает возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. Указанные действия Заказчика влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Просим Заказчика рассмотреть вопрос по требованиям к размерам лотка и установить требование по размеру пакета до +/-70 мм. Такой подход обеспечит допуск размерных рядов лотков от различных производителей и полностью обеспечит потребность Заказчика.</p>	<p>Заказчиком установлен диапазон размеров лотков исходя из размеров инструментов используемых в лечебном учреждении. Размеры упаковочных материалов подбираются, исходя из потребностей Заказчика для закладки определенных видов медицинских изделий. Таким образом, ваше предложение установить размер +/-70 мм (диапазон 14 см!) нецелесообразно и не отвечает потребностям Заказчика, так как размер лотков становится безразмерным или несоразмерным. Размеры в техническом описании указаны в диапазоне, размер и предельное отклонение размера подбирался таким образом, чтобы не допустить ограничение конкуренции.</p>						
	<p>Позиция 6 В позиции 6 ТЗ для Вами описана упаковка для стерилизации с размерами, который изготавливается единственным производителем, а допуски по размеру не позволяют предложить товар иного производителя. К примеру, на рынке существуют аналоги запрашиваемого Вами рулона по позициям 6, но существующий допуск не позволяет предложить эквивалент. К примеру:</p> <table border="1" data-bbox="225 1890 948 2047"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>В ТЗ</th> <th>Аналог</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>ширина не менее 270 мм и не более 280 мм, длина не более 70м.</td> <td>250ммx70м 300ммx70м</td> </tr> </tbody> </table> <p>Разница в размере небольшая, однако существующий допуск не позволяет предложить эквивалент. Исходя из положений Закона о контрактной системе следует, что Заказчик при формировании технической части</p>	№	В ТЗ	Аналог	6	ширина не менее 270 мм и не более 280 мм, длина не более 70м.	250ммx70м 300ммx70м	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального Закона № 223-ФЗ, целями регулирования Закона являются создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности. Таким образом, заказчик вправе самостоятельно определять необходимые характеристики закупаемого товара. Наша позиция в полной мере подтверждена существующей в настоящее время судебной практикой. Так, например, в соответствии с Постановлением девятого Арбитражного апелляционного суда от 12.03.2018 г. № 09АП-5465/2018 по делу № А40-178083/17 было установлено, что в отличие от закупок,</p>
№	В ТЗ	Аналог						
6	ширина не менее 270 мм и не более 280 мм, длина не более 70м.	250ммx70м 300ммx70м						

	<p>документации об аукционе в электронной форме должен руководствоваться объективными потребностями и при этом соблюдать условия, о недопущении ограничения количества участников закупки.</p> <p>Однако сформированные Заказчиком требования к качественным характеристикам поставляемого товара, являющегося предметом открытого аукциона, нарушают положения законодательства РФ, поскольку приводят к ограничению количества потенциальных участников закупки и нарушают права и законные интересы Заявителя в сфере предпринимательской и экономической деятельности.</p> <p>Просим увеличить допуск по размеру упаковки.</p>	<p>осуществляемых в рамках контрактной системы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, первоочередной целью Закона №223-ФЗ является создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (часть 1 статьи 1 Закона), что предполагает относительную свободу заказчиков в определении условий закупок, недопустимость вмешательства кого-либо в процесс закупки по мотивам, связанным с оценкой целесообразности ее условий и порядка проведения.</p> <p>Следовательно, Заказчик вправе определять такие требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, которые соответствуют его потребностям с учетом специфики его деятельности и обеспечивают эффективное использование денежных средств. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать объект закупки, уточнить его характеристики, поскольку потребности заказчика являются определяющим фактором при установлении соответствующих требований. Заказчик не лишен возможности более точно и четко указывать требования к закупаемым товарам</p> <p>Более того, описанию позиции п.6 технического задания соответствует продукция, как минимум, 2х производителей (№№ РЗН 2022/18929-ФЗ 2011/10786).</p>
<p>Позиция 1</p>	<p>Просим разъяснить возможна ли поставка журналов в утвержденной форме 257/у?</p>	<p>Поставка журналов формы 257/у возможна.</p>

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юристконсульт, (3952) 500-738



/Ж.В. Есева