

Уважаемые коллеги!

В позициях 7, 8, 9 Технического задания на поставку шовного материала в характеристиках товара указана игла из нержавеющей стали 316L.

Однако, согласно инструкции к шовному материалу, по позиции №7 (W8977 Пролен (PROLENE) синий M3 (2/0) 90см, две иглы таперкат V- 7 26мм или эквивалент) и позиции 8 (W8976 Пролен (PROLENE) синий M2(3/0) 90см, две иглы таперкат V- 7 (26мм) или эквивалент), материалом изготовления иглы является сталь марки 4310, по позиции №9 (W486 Пролен (PROLENE) синий M3,5 (0) 100см, игла таперкат V- 34 (36мм) или эквивалент) – материал изготовления иглы - сталь марки 420.

Будут ли рассмотрены заявки с указанными выше корректировками?