



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
И.О. Земцов № 112-01/23  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 31504 от 23.01.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>Уважаемый Заказчик, в Приложении №1 – Техническое задание присутствует требование, к остаточному сроку годности (далее ОСГ) не менее 80%. Считаем, что данное требование является избыточным. Так согласно разъяснениям ФАС требования к сроку годности медицинского изделия не может превышать период следующего года, в котором будет потребляться медицинское изделие.</p> <p>На территории Российской Федерации зарегистрирован шовный материал с минимальными сроками годности: рассасывающийся материал без антибактериального покрытия – 3 года, нерассасывающийся – 5 лет, следовательно требования Заказчика к остаточному сроку годности, значительно превышающему планируемый период потребления (с учетом требования к ОСГ не менее 80%), может иметь признаки нарушения Закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства.</p> <p>Во избежание ограничения конкуренции, просим внести изменения в Описание объекта закупки, в части срока годности – убрать данное требование, либо указать – не менее 18 месяцев.</p> <p>В техническом Задании по позициям 7,8,9 Заказчиком установлено требование к марке стали – нержавеющая сталь 316L. Исходя из наименования запрашиваемых позиций Заказчика, данные позиции имеют другую марку стали, а именно 4310 и 420.</p> <p>Просим Заказчика скорректировать требования к марки стали, в соответствии с параметрами производителя запрашиваемой номенклатуры.</p>	<p>В Извещении о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 будут внесены соответствующие изменения.</p>



Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

/Ж.В. Есева