



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
16.10.2023 г. № 1231-10/23

В ответ на запрос № 40306 от 11.10.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку шприцов медицинских и игл акупунктурных путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 234-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1.	<p style="text-align: center;"><b>ЗАПРОС</b> о разъяснении положений документации котировок № 32312843399</p> <p style="text-align: center;">Уважаемый заказчик!</p> <p>В документации Вами запрашивается:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в п. 3 технического задания Шприц общего назначения 2 мл. с иглами диаметр не менее 0,63 и длина не менее 45 мм;</li><li>- в п. 5 технического задания Шприц общего назначения 3 мл. с иглой диаметр не менее 0,63 и длина не менее 45 мм;</li><li>- в п. 9 технического задания Шприц общего назначения 5 мл. с иглами диаметр одной не менее 0,80 и длина не менее 50 мм</li><li>- в п. 11 технического задания Шприц общего назначения 10 мл. с иглами диаметр одной не менее 0,80 и длина не менее 50 мм</li><li>- в п. 13 технического задания Шприц общего назначения 20 мл. с иглами диаметр одной не менее 0,9 и длина не менее 50 мм</li></ul> <p>Просим Заказчика разрешить к поставке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в п. 3 технического задания Шприц общего назначения 2 мл. с иглами диаметр не менее <u>0,60</u> и длина не менее <u>30</u> мм;</li><li>- в п. 5 технического задания Шприц общего назначения 3 мл. с иглой диаметр не менее <u>0,60</u> и длина не менее <u>30</u> мм;</li><li>- в п. 9 технического задания Шприц общего назначения 5 мл. с иглами диаметр одной не менее <u>0,70</u> и длина не менее <u>40</u> мм</li><li>- в п. 11 технического задания Шприц общего назначения 10 мл. с иглами диаметр одной не менее 0,80 и длина не менее <u>40</u> мм</li><li>- в п. 13 технического задания Шприц общего назначения 20 мл. с иглами диаметр одной не менее <u>0,90</u> и длина не менее <u>50</u> мм</li></ul> <p>Просим внести изменения в Техническое задание.</p>	<p>Извещение о проведении закупки на поставку шприцов медицинских и игл акупунктурных путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 234-23 будет отменено для проработки технического задания.</p>

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В. юрисконсульт, (3952) 50-07-38

