



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb8.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001

04.06.2024 г. № 504
На № _____ от _____

В ответ на запрос от 30.05.2024г. на разъяснение положений извещения о проведении закупки на поставку реагентов и расходных материалов для коагулометра Sysmex CS2000i путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 116-24 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:																														
1.	<p>Уважаемый заказчик: Просим разъяснить требование к остаточному сроку годности указанное в Приложении № 1 Техническое задание на поставку реагентов и расходных материалов для коагулометра Sysmex CS2000i: «Прочие условия: 1. Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%.». Согласно информации от официального представителя производителя ООО «Сименс Здравоохранение»:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование товара</th><th>Гарантируемый производителем срок годности (MSL), дни</th></tr></thead><tbody><tr><td>Протромбиновое время, набор</td><td>180</td></tr><tr><td>Фибриноген, набор</td><td>230</td></tr><tr><td>Калибратор</td><td>200</td></tr><tr><td>Активированное частичное тромбопластиновое время, набор</td><td>210</td></tr><tr><td>Кальция хлорид реагент</td><td>335</td></tr><tr><td>Протромбиновое время, калибратор</td><td>335</td></tr><tr><td>Буферный разбавитель образцов</td><td>335</td></tr><tr><td>Промывающий раствор I</td><td>151</td></tr><tr><td>Промывающий раствор II</td><td>180</td></tr><tr><td>Контрольная плазма, Норма</td><td>305</td></tr><tr><td>Контрольная плазма, Патология</td><td>180</td></tr><tr><td>D-димер набор</td><td>165</td></tr><tr><td>D-димер, контрольный материал</td><td>172</td></tr><tr><td>Кювета для лабораторного анализатора</td><td>335</td></tr></tbody></table> <p>Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки 80% невозможно поставить на территорию РФ, - данное условие для поставки на территорию РФ данного импортного товара невозможно, в связи с тем, что в условиях санкций, направленных против РФ, логистическая</p>	Наименование товара	Гарантируемый производителем срок годности (MSL), дни	Протромбиновое время, набор	180	Фибриноген, набор	230	Калибратор	200	Активированное частичное тромбопластиновое время, набор	210	Кальция хлорид реагент	335	Протромбиновое время, калибратор	335	Буферный разбавитель образцов	335	Промывающий раствор I	151	Промывающий раствор II	180	Контрольная плазма, Норма	305	Контрольная плазма, Патология	180	D-димер набор	165	D-димер, контрольный материал	172	Кювета для лабораторного анализатора	335	<p>Исходя из смысла ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ и п. 12.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – «Положение о закупках»), возможность устанавливать параметры, необходимые для поставки товара, исходя из своих потребностей, является законодательно закрепленным правом Заказчика, а потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований. При этом заказчик имеет право в необходимой степени детализировать объект закупки, определяя такие характеристики закупаемого товара, которые могут иметь существенное значение для последующего использования товара. Более того, указание в Извещении о закупке требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекты закупки прямо предусмотрено положениями Федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупках.</p> <p>Таким образом, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках не предусмотрены ограничения по включению в Извещение о закупке требований к товару, которые являются значимыми для Заказчика, отвечают его потребностям и необходимы для выполнения им соответствующих государственных функций – <u>охрана жизни и здоровья населения.</u></p>
Наименование товара	Гарантируемый производителем срок годности (MSL), дни																															
Протромбиновое время, набор	180																															
Фибриноген, набор	230																															
Калибратор	200																															
Активированное частичное тромбопластиновое время, набор	210																															
Кальция хлорид реагент	335																															
Протромбиновое время, калибратор	335																															
Буферный разбавитель образцов	335																															
Промывающий раствор I	151																															
Промывающий раствор II	180																															
Контрольная плазма, Норма	305																															
Контрольная плазма, Патология	180																															
D-димер набор	165																															
D-димер, контрольный материал	172																															
Кювета для лабораторного анализатора	335																															

цепочка поставок, таможенная очистка, логистика до Заказчика занимает более длительное время.

С учетом вышесказанного, сроки, установленные в документации, являются не выполнимыми. Таким образом просим установить требование к остаточному сроку годности - не менее 50% от общего срока годности товара либо согласно информации от официального представителя.

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, 8 950 080 1030



Есева

Ж.В. Есева