



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb8.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001

05 MAR 2024 г. № 215
На № _____ от _____

В ответ на запрос от 29.02.2024г. № 44715 на разъяснение положений о проведении закупки на поставку бумажных медицинских изделий путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 043-24 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1.	<p>Уважаемый Заказчик!</p> <p>По поз. 9 тех. описания у вас указана характеристика «наличие прорези». Электроды, описываемые в ТЗ, не являются уникальными с точки зрения снятия показаний при холтеровском мониторинге. Они ТАК ЖЕ, как и остальные электроды, снимают показания. Прорезь не дает преимуществ перед остальными электродами. Это способ крепления кабеля! А кабель может крепиться разными способами! Настаивать на конкретном способе крепления кабеля из числа нескольких возможных и есть ограничение! Способ крепления не относится к самой процедуре снятия показаний. В большинстве электродов, направленных на применение их в требуемых Заказчику процедурах, никакой прорези нет. И это никак не мешает специалистам лечебных учреждений использовать их по их прямому назначению. При желании специалист всегда может закрепить кабель на теле пациента, заведя его за электрод или зафиксировав его на теле пациента в нескольких местах. Прорезь в данном случае не уникальна! А вот требование к поставке электродов, представленных единственным производителем – это нарушение законодательства.</p> <p>Обращаем ваше внимание, что в Письме ФАС России от 01.06.2012 года № АГ/17358 указано что требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг, к их безопасности, функциональным характеристикам товара, упаковке, размерам и тд., установленным в документации о торгах, не должны приводить к ограничению количества участников размещения заказа. Установленные требования являются правомерными, если совокупность требований к товару не указывает на единственного производителя и представлены сведения о наличии нескольких производителей, выпускающих товар с такими характеристиками.</p> <p>Ключевым обстоятельством в определении правомерности действий Заказчика является наличие нескольких производителей, которые осуществляют производство и выпуск товаров, имеющих обозначенные характеристики. Эта позиция следует из решений ФАС России (Решение ФАС России от 01.12.2014 по делу № К-1765/14, Решение ФАС России от</p>	<p>Требование наличия прорези для фиксации кабеля обосновано использованием электродов для длительного холтеровского мониторинга <u>в Отделении анестезиологии-реанимации для взрослого населения.</u></p> <p>При обычном электрокардиографическом исследовании, которое ведётся в покое и длится несколько минут, а расшифровка ЭКГ производится кардиологом, помех при съёме ЭКГ можно избежать, а их небольшое влияние не мешает расшифровке ЭКГ. При длительном автоматическом анализе электро-кардио сигнала, что происходит при холтеровском мониторинге, невозможно исключить двигательную активность больного и кардиомонитор из-за помех будет давать большое число ошибок, уменьшить которое можно с помощью специальных электродов. Поэтому Заказчик заказал электроды с помощью которых без дополнительных манипуляций можно было бы закрепить подводящие провода для исключения:</p> <ul style="list-style-type: none">- помех, вносимых в ЭКС шевелением проводов;- влияния натяжения проводов от движения пациента на электрод, которое может привести к отрыву электрода.

	<p>26.11.2015 по делу № К01741/14, Решение ФАС России от 30.09.2014 по делу № К-1425/14, Решение УФАС по г. Москве по делу № 077/06/57-10595/2019 о нарушении законодательства об осуществлении закупок, Решение УФАС по г. Москве по делу № 2-57-14827/77-18 о нарушении законодательства об осуществлении закупок, Решение УФАС по г. Санкт-Петербургу по делу № 078/06/66-1176/2019 от 26.09.2019). Аналогичной позиции придерживаются и суды.</p> <p>Мы обращаем внимание на излишние требования и требуем устранить ограничения ТЗ, исключив требование о прорези: В случае отказа от внесения изменений в аукционную документацию, будем вынуждены обратиться с жалобой в УФАС с требованием внести изменения в документацию и привлечь должностных лиц заказчика к ответственности.</p>	
2	<p>По поз. 10 тех. описания, указанный диапазон размеров электродов подпадают под размерный ряд определенного производителя и наличие жидкого геля говорит об этом. Вы запрашиваете электроды с типом геля "жидкий". Просим дать ответ - будет ли допущена заявка с предложением аналогичных электродов, только с типом геля "твердый". Дело в том, что твердый гель значительно превосходит жидкий по функциональным характеристикам и более широко применяется в лечебных учреждениях, т.к. ввиду отсутствия жидкой основы, пропитанной в поролоновую губку, твердый тип геля способен более продолжительное время находится на теле пациента без высыхания. Просим внести изменения или просто дать ответ.</p>	<p>Заказчик в п. 10 Технического задания установил требование: Вид геля - антиаллергенный жидкий гель.</p> <p>Таким образом, заявка, содержащая в п. 10 характеристику – твердый гель, будет признана не соответствующей Техническому заданию.</p> <p>Обращаем внимание, что на рынке присутствует товар минимум двух производителей по данной позиции Технического задания.</p>
3	<p>Кроме того, по этой позиции, касательно размера электродов, чем хуже размером 50 мм х 50 мм.? Можно ли дать допуски и указать: длина не менее 50 мм и не более 53,5 мм», ширина не более 50 мм».</p>	<p>Указанный Заявителем размер входит в диапазон размеров, установленных Заказчиком в Техническом задании.</p>
		<p>Кроме того, просим принять к сведению, что задачей Участников является удовлетворение требований Заказчика к поставляемым товарам, а не понуждение Заказчика формировать свои потребности под возможности Участника.</p>

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юристконсульт, 8 950 080 1030



/Ж.В. Есва